

CERTIFIKÁT O OVERENÍ

podľa § 15 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

č. 1872/314.02/13**Meradlo: Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III**

Výrobca:	Transporta	Dátum prijatia meradla:	17.12.2013
Typ meradla:	SMK	Dátum overenia:	17.12.2013
Výrobné číslo:	94975	Platnosť overenia do:	17.12.2015
Merací rozsah:	(50 kg až 1000 kg)	Dátum vydania CO:	19.12.2013
Dielik:	e = 1 kg, d = 1 kg	Overovacia značka:	
Objednávateľ, adresa:	Peter Jesenský Váhoservis Pažického 405/1, 907 01 Myjava	Značka schválenia typu:	A12 42/72-144
Používateľ, adresa:	BaK výkup Pavol Bielčík Poriadie	Miesto merania:	BaK výkup Pavol Bielčík Poriadie

Podmienky okolia	Použitý etalón
Teplota prostredia:	Pracovný etalón CoK 0328/312.07/12
Vlhkosť vzduchu:	CoK 1342/314.02/13

Metódy merania


Priame zaťaženie podľa pracovného postupu č. PP-02-310-04

Výsledok overenia

Meradlo

zodpovedá*certifikovanému typu a požiadavkám uvedeným v STN EN 45501 pre triedu presnosti III
pri dodržaní § 15 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.**Uvedená rozšírená neistota merania $U = 0,58$ kg je vyjadrená ako štandardná neistota merania
vynásobená koeficientom pokrytia $k = 2$, ktorá pri normálnom rozdelení zodpovedá konfidenčnej
pravdepodobnosti približne 95 %.**Štandardná neistota merania bola určená podľa MSA-L/12.***Overoval**

Ing. Marek Plaštiak

**Zodpovedný zamestnanec**
Lubomír Dobrý
Vedúci pracoviska Nitra*Tento certifikát o overení dokumentuje nadväznosť na národné etalóny realizujúce meracie jednotky v súlade
s Medzinárodnou sústavou jednotiek SI.**Certifikát o overení môže byť bez písomného súhlasu overovacieho laboratória reprodukováný iba ako celok.*