

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
odbor starostlivosti o životné prostredie
Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen

Luboš Oboňa
Horný Smokovec 17077
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa
19.06.2024

Naše číslo
OU-ZV-OSZP-2024/013321-002

Vybavuje/linka
Ing. Homola / 2970

Zvolen
02.07.2024

Vec

Technologické zariadenie na spracovanie nebezpečného zdravotníckeho odpadu
- vyjadrenie k činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Listom zo dňa 26.06.2024 postúpil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť p. Ľuboša Oboňa, Horný Smokovec 17077, 062 01 Vysoké Tatry, o vydanie vyjadrenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon o posudzovaní“) k uvažovanej činnosti – k technologickému zariadeniu, ktoré sa plánuje umiestniť v objekte, umiestnenom na pozemku parcelné č. KN-C 5369/4, k.ú. Zvolen. Predmetná stavba slúžila ako kotolňa (LV č. 4417) a následne slúžila ako spaľovňa odpadov. Vlastníkom parcely a objektu sú Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Môťovská cesta 259/11, 960 01 Zvolen. Vlastník objektu má záujem o prenájom tohto objektu spoločnosti, ktorá chce prebudovať technológiu na úpravu zbieraného odpadu sterilizáciou na nie nebezpečný odpad. V danom území sa teda jedná o novú navrhovanú činnosť.

Plánované technologické zariadenie je určené na spracovanie nebezpečného zdravotníckeho odpadu a jeho dezinfekciu. Jedná sa o inovatívnu technológiu spracovania odpadu, ktorá dokáže nebezpečný infekčný zdravotnícky odpad zhodnotiť na ostatný odpad.

Navrhované technologické zariadenie pri procese používa metódu dezinfekcie vlhkým teplom, pričom samotný proces pozostáva z drvenia a sterilizácie infekčného nebezpečného odpadu prehriatou vodnou parou. Všetko prebieha v uzatvorenom cykle, v tlakových nádobách. Kontaminovaný odpad sa dopraví do hornej komory zariadenia, kde je umiestnený vysoko rezistentný drvič. Odpad sa rozdrví a premiestni do dolnej komory zariadenia. Zároveň sa rozdrvený odpad zahrieva vodnou parou až na teplotu 138 °C a tlak dosahuje hodnotu 0,38 MPa, pričom dochádza k redukcii objemu odpadu o 80%. Mechanické drvenie a sterilizácia prebieha súčasne v jednom kompaktnom a uzavretom priestore, bez manipulovania s odpadom v priebehu procesu. Výsledný produkt z technologického procesu bude odpad bez infekčnosti – odpad v kategórii „ostatný odpad“, kat. číslo 19 12 12.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán v zmysle §2 ods. 3, ods. 5 a §3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva v súlade s §56 ods. e) zákona o posudzovaní k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:



OKRESNÝ
ÚRAD
ZVOLEN

Telefón
+421/961 63 2960

Fax
+421/961 63 2909

E-mail
oszp.zv@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Uvedená navrhovaná činnosť (technológia) sa podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní (Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie) zaraďuje do tabuľky č. 9. *Infraštruktúra*, položka č.:

7. „Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov - bez limitu“ - pre časť A (povinné hodnotenie).
8. „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi - bez limitu“ - pre časť A (povinné hodnotenie).

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe informácií predložených v žiadosti konštatuje, že pre plánované technologické zariadenie na spracovanie nebezpečného zdravotníckeho odpadu **je potrebné vykonať proces povinného hodnotenia - posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie**, keďže uvedená činnosť napĺňa zákonom stanovené podmienky podľa §18 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní z dôvodu naplnenia prahových hodnôt, určených v prílohe č.8 tohto zákona.

Na základe uvedeného je navrhovateľ povinný v zmysle §22 ods. 1 zákona o posudzovaní pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5. Podľa §22 ods. 3 zákona o posudzovaní príslušný orgán na základe zámeru podľa ods. 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti vrátane postupu podľa §23. Príslušným orgánom pre vykonanie posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti je Ministerstvo životného prostredia SR.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru